

## DK Brugsanvisning

**Erklæret formål:** Dubræksfolier til fremstilling af apparater og skinner til dental og kæbeortopædisk behandling.

**Indikation:** Er udelukkende beregnet til fremstilling af aligner-skinner (til korrektion af tand- og kæbeestillinger) og retentionsskinne. Anvendelsesanvisninger på [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Kontraindikation:** Allergiske reaktioner over for bestanddele i UNIQ/UNIQ+ (kopolyester) kan ikke udelukkes ved overfølsomme personer. Enhver anvendelse uden for anvendelsesområdet er ikke indiceret.

**Opbevaring:** Opbevares mellem 5°C og 35°C. Beskyttes mod sollys. Opbevares tør.

**Henvisning:** Må kun anvendes af faguddannede personale i løbet af 15 minutter efter åbning. Åbn kun ubeskadigede, lukkede barrierekasser. Til engangsbrug, ikke egnet til sklinnebygning med akrylkunststof. Alvorlige hændelser i forbindelse med anvendelsen af produktet/udstyret skal øjeblikkeligt rapporteres til fabrikanten og de kompetente myndigheder!

**Sikkerhedshenvisning:** Anvendelsen er behandlerens ansvar. Skinnen må ikke anvendes i tilfælde af ridser/brud/bleærmeddelse i materialet, fare for slugning og aspirasjon. Ved anvendelse af UNIQ med 3D-printede modeller skal der anvendes en ikke perforeret beskyttelsesfilm (ISOFOLAN®) eller alternativt UNIQ+. Fjern beskyttelsesfilmene efter dubræksprocessen. Produktet/udstyret må ikke komme i kontakt med alkoholdelige/organiske oplosningsmidler.

## GR Οδηγίες χρήσης

**Προβλεπόμενη χρήση:** Φύλλα νάρθικα για τη δημιουργία μηχανισμών και ναρθίκων για οδοντιατρική και την ορθοδοντική θεραπεία.

**Ένδειξη:** Κατάλληλα αποκλειστικά για τη κατασκευή ναρθίκων Aligner (για τη διόρθωση ελλειμμάτων δοντιών και γάνθου) και ναρθίκων βρυγμού. Υποδειξείς χρήσης στο [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Αντένδειξη:** Δεν αποκλείονται αλλεργικές αντιόρθωσεις σε συστατικά των UNIQ/UNIQ+ (υσπιπολυεστέρας) σε ευαίσθητοποιημένα άτομα. Οποιαδήποτε χρήση πέραν του πεδίου χρήσης δεν ενδέκυνται.

**Αποθήκευση:** Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C. Να προστατεύεται, από το ηλιακό φως. Να φυλασσεται στεγνό.

**Υπόδειξη:** Να χρησιμοποιείται μόνο από εξειδικευμένο πρωτότυπο εντός 15 λεπτών από την ανοιγμα. Να ανοιγεται μόνο σφραγισμένες συσκευασίες στέριου φραγμού οι οποίες δεν φέρουν ζημιές. Μίας χρήσης. Ακατάλληλο για κατασκευή ναρθίκων με ακρυλικό πλαστικό υλικο. Σόδαρα συμβάνται τα οποία σκετιζόνται με τη χρήση του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται αμέσως στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή!

**Υπόδειξη ασφαλείας:** Υπεύθυνος για τη χρήση είναι ο ιατρός. Η χρήση του νάρθικα απαιγορεύεται σε περιπτώσεις ρωγμών/θραυσμών/σκληριασμού φυσαλίδων στο υλικό, κίνδυνος καταστούσης ή αναρρόφησης. Κατά τη χρήση των UNIQ μπορείται τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τρισδιάστατη εκτύπωση, πρέπει να χρησιμοποιείται μεν διάτρητη προστατευτική μεμβράνη (ISOFOLAN®), εναλλακτικά, τα UNIQ+. Μετά τη διαδικασία του φορημάτων, αφαίρεστε τη προστατευτική μεμβράνη. Μην φέρνετε τα προϊόντα σε επαφή με αλκοόλ/οργανικά διαλυτικά μέσα.

## FI Käyttöohje

**Käyttötarkoitus:** Syvävetokalvo hammaslääketieteellisessä ja leukakirurgisessa hoidossa käytettävien kojeiden ja kiskojen valmistukseen.

**Indikaatio:** Tuote on tarkoitettu yksinomaan (hamppaiden ja leuan asennon korjaamiseen tarottuviin oikomiskiskojen sekä retentiotiskojen valmistukseen). Käyttöohjeet löytyvät osoitteesta [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Vasta-aika:** Herkillä ihmisiä UNIQ-/UNIQ+-tuotteen ainesosien (kopolymeri) aiheuttamat allergiset reaktiot eivät ole pois suljettaua. Käytövalueesta poikkeavaa käyttöä ei ole indioitu.

**Säilytys:** Säilytettävä 5°C–35°C:n lämpötilassa. Suojattava auringonvalolta. Säilytettävä kuivassa paikassa.

**Huomautus:** Tuotetta saa käyttää vain pätevä ammattiherkilotto, ja tuote on käytettävä 15 minuutin kuluessa avaamisesta. Avaa vain vahingoittumattomat ja avattavat suojapuit. Vain kertakäytöön. Ei sovellu akryylimuoavia sisältävään kiskorakenteeseen. Tuotteen käytön yhteydessä ilmenneitä yavakista varaatilanteista on ilmoitettava välittömästi valmistajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle!

**Turvallisuusohje:** Käytöön on hoidon suorittavan lääkärin vastuulla. Jos materiaalissa on halkeamia/murtumia/kuplia, kiskoa ei saa käyttää nielemisén ja aspiraation vaaran vuoksi. Jos UNIQ-tuotteita käytetään 3D-tulostettujen mallien kanssa, on käytettävä perforoimaton suojakalvoa (ISOFOLAN®) tai vaihtoehtoisesti UNIQ+-tuotteita. Suojakalvo on poistettava syvävedon jälkeen. Tuote ei saa joutua kosketuksiin alkoholipitoisten/orgaanisten liuottimien kanssa.

## BG Инструкция за употреба

**Предназначение:** Термоформовъчни фолии за изработка на апарати и шини за стоматологично и ортодонтичко лечение.

**Показание:** Изключително подходящи за изработка на апарати (шини за корекция при неправилно расположение на зубы и челюсти) и ретенционни шини. Указания за приложение вж. на [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Противопоказание:** Алергични реакции към съставки на UNIQ-/UNIQ+ (кополиестери) не могат да бъдат изключени при сенсибилизирана лица. Всяко използване извън областта на приложение е непоказано.

**Съхранение:** Съхранявайте при 5 °C до 35 °C. Пасете от слънчева светлина. Съхранявайте на сухо място.

**Указание:** Да се използва само от квалифициран специализиран персонал в рамките на 15 минути след отварянето. Отваряйте само неповредени, затворени бариерни пликове. За единократна употреба. Неподходящи за шинна конструкция с акрилна пластмаса. Сериизи инциденти във връзка с използването на изделието следва да се докладват незабавно на производителя и компетентната орган!

**Указание за безопасност:** Използването подлежи на отговорността на лекувания лекар. При покутни/сучувания/образуване на мехурчета в материала шината не трябва да се използва. Опасност от погълтане или аспирация. При използване на UNIQ с 3D принтирани модели трябва да се използва неперфорирано защитно фолио (ISOFOLAN®) или алтернативно UNIQ+. След термоформовъчния процес отстранете защитното фолио. Не допускайте контакт на изделията със съдържащи алкохол/органични разтворители.

## CZ Návod k použití

**Určený účel použití:** Termoplastické fólie k výrobě prvků a dlah pro zubařské ošetření a celistní ortopedii.

**Indikace:** Vhodné výhradně k výrobě vyrovnávacích (pro korekci nesprávně postavených zubů a čelistí) a retencionních dlah. Pokyny k použití najdete na adrese [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Kontraindikace:** U senzibilizovaných osob nelze vyloučit alergické reakce na složky produktu UNIQ/UNIQ+ (kopolyester). Jakákoli aplikace mimo oblast použití není indikována.


**Skladování:** Skladujte při teplotě 5 °C až 35 °C. Chráněte před slunečním zářením. Uchovávejte na suchém místě.

**Upozornění:** Produkt smí používat pouze kvalifikovaný personál do 15 minut po otevření. Otevřejte pouze nepoškozené, uzavřené bariérové sáčky. Za jednokratnou užití. Není vhodné pro konstrukci dlah s akrylovým plastem. Závažné nezádůvky události v souvislosti s použitím produktu je treba neprodleně ohlasit výrobci a příslušnému orgánu!

**Bezpečnostní pokyny:** Za použití je odpovědný lékař. Dlaha se nesmí použít, pokud se v materiálu objeví trhliny/praskliny/bublinky, v takovém případě hrozí nebezpečí poškození polknutého vdechnutí. V případě použití produktu UNIQ s modely vytíštěnými na 3D tiskárně se musí použít neperforovaná ochranná fólie (ISOFOLAN®) nebo alternativně fólie UNIQ+. Po procesu tepelného tvarování ochrannou fólii odstraňte. Produkty nesmí přijít do styku s rozpuštědly obsahujícími alkohol / organickými rozpouštědly.

## UNIQ/UNIQ+ pd

Tiefziehfolien
thermoforming material
plaques de thermoformage
fogli termoformanti
planchas de termomoldeo
películas de termoformagem
giliojo tempimo plēvēls
dypetrekkingsfolier
filme de termoformare
hlbkotažné fólie
basıncli kalıplama folyoları
djudpragningsfilm
dybtræksfolier
svyävetokalvt
термоформовъчни фолии
termoplastické fólie
φύλλα νάρθικα
mélyhúzó fóliák
folie do termoformowania
termoformirajuće folije



CE 0044

## HU Használati útmutató

**Rendeltetés:** Mélyhúzó fóliák készülékek és sínek előállításához fogorvos és fogszabályozási kezeléshez.

**Javallat:** Kizártan a fogszabályozó sínek (a fog és az állkapocs helytelen állásának korrigálására) és a retenció sínek előállítására alkalmas.

Alkalmazási útmutató a [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download) oldalon.

**Ellenjavallat:** Az allergiás reakciók az UNIQ/UNIQ+ (kopolyészter) összetevőivel szemben nem zárhatók ki az arra érzékeny személyek esetében.

Az alkalmazási területen kívüli bármilyen felhasználás nem javallott.

**Tárolás:** 5 °C és 35 °C között tárolandó. Védje a napfénytől. Száraz helyen tárolandó.

**Megjegyzés:** Csak szakkiegészített személyzet használhatja a felnagyítóval számított 15 percen belül. Csatlakoztatva, lezárja a bariérzásokat nyissón fel. Egyeszer használatra. Nem alkalmassák akril műanyaggal végzett sínfelületekhez. A termék használatakor kapcsolatos súlyos rendkívüli eseményeket azonnali jelentést kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak!

**Biztonsági megjegyzés:** A termék használata a kezelőorvos felelőssége. A sint nem szabad használni, ahol az anyag repedezett/tördezzeti/hólásnak, mert lenyelés vagy aspiráció veszélye áll fent. Az UNIQ 3D-nyomtatott modellekkel való használatakor nem perforált védőfóliát (ISOFOLAN®) vagy alternatívan UNIQ+-t kell használni. A mélyhúzási eljárás után távolítsa el a védőfóliát. Ne hagyja, hogy a termékek alkoholtartalmú/szerves oldószerrel kerüljenek érintkezzenek.

## PL Instrukcja użytkowania

**Zastosowanie:** Folie do termoformowania, przeznaczona do wytwarzania aparatów i szyn do leczenia stomatologicznego i ortodontycznego.

**Wskazania:** Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do wytwarzania nakładek ortodontycznych (do korekcji wad zgryzu) i szyn retencyjnych. Informacje dotyczące zastosowania są dostępne pod adresem [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Przeciwwskazania:** Nie można wykluczyć reakcji alergicznych na składniki wyrobu UNIQ/UNIQ+ (kopolyester) u osób uczulonych.

Jakiekolwiek użycie wykarczajające poza obszarem zastosowania jest niewskazane.

**Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C. Trzymać z dala od światła słonecznego. Chronić przed wilgocią.

**Wskazówka:** Wyrób może być stosowany wyłącznie przez kwalifikowany personel specjalistyczny w ciągu 15 minut po otwarciu opakowania. Otwierać wyłącznie nieuszkodzone, zamknięte wózki. Wyrób jednorazowego użycia. Nie nadaje się do konstrukcji szynowych z tworzywa akrylowego. Wszelkie poważne incydenty związane z wyrokiem należy niezwłocznie zgłaszać producentowi i właściwemu organowi!

**Informacja dotycząca bezpieczeństwa:** Wyrób stosowany jest na odpowiedzialność lekarza prowadzącego. W przypadku obecności pęknięć/złamów/pecherzyków powietrza w materiale, nie należy używać szyny, ponieważ stwarzają ryzyko pojenienia lub zahtyśnięcia. W przypadku stosowania wyrobu UNIQ z modelami wykonanymi techniką druku 3D, należy użyć nieperforowanej folii ochronnej (ISOFOLAN®) lub alternatywnie wyrobu UNIQ+. Po zakończeniu procesu termoformowania należy usunąć folię ochronną. Nie dopuszczać do kontaktu produktów z rozpuszczalnikami alkoholowymi/organicznymi.

## HR Használati útmutató

**Namjena:** Termoformirajuće folije za izradu naprava i udalga za stomatološko i ortodontsko lečenje.

**Indikaciјe:** Isključivo prikladno za izradu prozirnih (aligner) udalga za ispravljanje zuba (za korekciju nepravilnosti zuba u čeljusti) i retencionske udalje. Upute za primjenu mogu se preuzeti sa stranice [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Kontraindikaciјe:** Alergijske reakcije na sastojke proizvoda UNIQ/UNIQ+ (kopoliestri) ne mogu se isključiti kod osjetljivih osoba.

Bilo kakva primjena izvan područja uporabe nije indicirana.

**Čuvanje:** Čuvati na temperaturi između 5 °C i 35 °C. Zaštiti od sunčeva svjetla. Čuvati na suhom mjestu.

**Napomena:** Proizvod smije upotrebljavati samo kvalificirano stručno osobstvo u roku od 15 minuta od otvaranja. Otvarajte samo neoštećene, затvorene zaštitne vrećice. Za jednokratnu uporabu. Nije prikladno za nadogradnju udalje akrilnom plastičkom. Stvari događaji u vezi s uporabom proizvoda trebaju se održati prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu!

**Sigurnosne napomene:** Za uporabu je odgovoran stomatolog koji provodi liječenje. Udalga se ne smije upotrebljavati ako postoji pukotine/lomovi/mjeđuhriči u materijalu, opasnost od gušenja ili udišanja. Kada upotrebljavate UNIQ s 3D ispisanim modelima, morate upotrebljavati neperforiranu zaštitnu foliju (ISOFOLAN®) ili alternativno UNIQ+. Nakon postupka dubokog izvlačenja folije uklonite zaštitnu foliju. Nemojte dovoditi proizvode u dodir s otapalima koja sadrže alkohol / organskim otapalima.



## DE Gebrauchsanweisung

## EN Instructions for use

## FR Notice d'utilisation

## IT Istruzioni per l'uso

## ES Instrucciones de uso

## PT Instruções de utilização

**Zweckbestimmung:** Tiefziehfolien zur Herstellung von Apparaturen und Schienen für die zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlung.

**Indikation:** Ausschließlich geeignet zur Herstellung von Aligner-Schienen (für die Korrektur von Zahn- und Kieferfehlstellungen) und Retentions-schienen. Anwendungshinweise unter [www.scheu-dental.com/download](http://www.scheu-dental.com/download).

**Kontraindikation:** Allergische Reaktionen gegen Bestandteile von UNIQ/UNIQ+ (Copolyester) sind bei sensibilisierten Personen nicht auszuschließen. Jede Anwendung außerhalb des Einsatzgebiets ist nicht indiziert.

**Lagerung:** Bei 5°C bis 35°C lagern. Vor Sonnenlicht schützen. Trocken aufbewahren.

**Hinweis:** Nur durch qualifiziertes Fachpersonal innerhalb von 15 Minuten nach dem Öffnen zu verwenden. Öffnen Sie nur unbeschädigte, verschlossene Barrierefalte. Zur Einmalverwendung. Nicht geeignet für Schienenaufbau mit Acrylkunststoff. Schwerverwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes sind unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden!

**Sicherheitshinweis:** Die Verwendung unterliegt der Verantwortung des Behandlers. Schiene darf bei Rissen/Brüchen/Bläschenbildung im Material nicht verwendet werden. Gefahr des Verschlucks oder Aspiration. Bei Verwendung von UNIQ mit 3D-gedruckten Modellen muss eine nicht perforierte Schutzfolie (ISOFOLAN®) oder alternativ UNIQ+ verwendet werden. Schutzfolie nach dem Tiefziehvorgang entfernen. Produkte nicht mit alkoholhaltigen/organischen Lösungsmitteln in Kontakt bringen.

## LT Naudojimo instrukcija

**Numatyta paskirtis:** giliojo tempimo plėvelės, skirtos dantų ir ortodontinių gydymo prietaisams iš įvarams gaminti.

**Indikacija:** ypač tinka lyginamiesiems įvarams (dantų ir žandikaulius nesupratimai korekcijai) ir retenciniams įvarams. Naudojimo nurodymai pateikiame [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Kontraindikacija:** neatmetamus alerginės reakcijos dėl UNIQ ir (arba) UNIQ+ (kopoliesterio) komponentų jautriums žmonėms. Draudžiamas bet koks naudojimas ne pagal paskirtį.

**Saugojimas:** Saugokite nuo 5°C iki 35°C temperatūroje. Saugokite nuo saulės spinduliu. Saugokite sausoje vietoje.

**Pastaba:** leidžiamas naudoti tik kvalifikuotam personalui ir per 15 minučių nuo atidarymo.

Atidarykite tik nepažeistus, uždarytus barjerinius maišelius. Vienkartinio naudojimo. Netinkta įtvarkai formavimui su akrilo plastiku. Apie rimus incidentus, susijusius su gaminiu naudojimu, būtina nedelsiant informuoti gamintoją ir atsakingą instituciją!

**Saugos nurodymas:** už naudojimą atsako gydytojas. Įtvarkai negalima naudoti, jei medžiagose yra įtrūkumu /lužimų /pūslėlių, nes kyla užspringimų ar aspiracijos pavojus. UNIQ naudojant su 3D spausdinčia modeliais reikia naudoti neperforuotą apsauginę plėvelę (ISOFOLAN®) arba pasirinkti UNIQ+. Po giliojo tempimo proceso nuimkite apsauginę plėvelę. Neleiskite gaminiams kontaktuoti su tirpikliais, kurių sudėtyje yra alkoholio / organinių medžiagų.

## NO Bruksanvisning

**Tiltenkt bruk:** Dyprekingsfolier til fremstilling av apparatur og skinner til tann- og kjeveortopedi behandling.

**Indikasjon:** Utelukkende egnet til fremstilling av alignere (for korrigering av feilstillinger i tenner og kjeve) og retencionsskinner. Bruksanvisning på [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Kontraindikasjon:** Allergiske reaksjoner på komponenter i UNIQ/UNIQ+ (kopoliester) kan ikke utelukkes hos sensibiliserte personer. Alt bruk utenfor bruksområdet er ikke indikert.

**Oppbevaring:** Oppbevares ved 5 °C til 35 °C. Beskyttes mot sollys. Oppbevares tort.

**Merknad:** Skal kun brukes av kvalifisert personal innen 15 minutter etter åpning. Bare øpne uskadd, forseglaede barrierekoper. Kun til engangsbruk. Ikke egnet til skinneoppbygning med akrylplast. Alvorlige hendelser i forbindelse med bruk av produktet må umiddelbart rapporteres til produsent og ansvarlig tilsynsmyndighet!

**Sikkerhetsanvisninger:** Bruken skjer på brukrens eget ansvar. Skinnen må ikke brukes hvis det er sprekker/brudd/bobler i materialet, fare for svegning eller aspirasjon. Ved bruk av UNIQ med 3D-printede modeller må det brukes en ikke-perforert beskyttelsesfolie (ISOFOLAN®) eller alternativt UNIQ+. Fjern beskyttelsesfolien etter dyprekkingss prosessen. Produktene må ikke komme i kontakt med alkoholholdige/organiske løsemidler.

## RO Instrucțiuni de utilizare

**Scop:** Film de termoformare pentru confectionarea aparatelor și sinielor pentru tratament stomatologic și ortodontic.

**Indicație:** Adevarat exclusiv pentru confectionarea de sine Aligner (pentru corectarea pozițiilor defectuoase ale dinților și ale maxilarului) și de sine de retencie. Indicație de utilizare găsită la adresa [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Contraindicație:** Reacții alergice la componente UNIQ/UNIQ+ (copoliester) nu pot fi excluse la persoanele sensibilizate.

Orice utilizare în afară domeniului de utilizare se consideră contraindicație.

**Depozitare:** Depozitați la temperatura cuprinse între 5 °C și 35 °C. A se proteja împotriva luminii solei. Se a păstra în locuri uscate.

**Indicație:** Se va utiliza numai de către personal de specialitate calificat, în decurs de 15 minute de la deschidere. Deschideți numai ambalajele deteriorate și sigilate. A nu se reutiliza. Neadevărat pentru producerea de sine cu masă plastică acrilică. Incidentele grave în legătură cu utilizarea produsului trebuie comunicate neînțirzat producătorului și autorității competente!

**Sigurătatea utilizatorului:** Utilizarea este responsabilitatea practicianului. Dacă materialul prezintă fisuri/spărăji/formare de mici bule, utilizarea săinei este interzisă – pericol de ingeare sau aspirare. La utilizarea UNIQ cu modele printate 3D se va utiliza o folie de protecție neperforată (ISOFOLAN®) sau alternativ UNIQ+. Folia de protecție se indepartează după operația de ambușare. Nu aduceți produsele în contact cu solventii cu conținut de alcool/organică.

## SK Návod na použitie

**Účel určenia:** Hibokotažné fólie na výrobu aparátov a dlah pre stomatologickú a ortodontickú liečbu.

**Indikácia:** Vhodné výhradne na výrobu vyrovnaných dlah (na korekciu chybnejho postavenia zubov a čelistí) a retencívnych dlah. Pokyny na aplikáciu nájdete na [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Kontraindikácia:** U senzibilizovaných osôb nemôžno vylúčiť alergické reakcie na zložky UNIQ/UNIQ+ (kopoliester).

Akávalo je aplikácia mimo oblasti použitia je neindikovaná.

**Skladovanie:** Skladujte pri teplote 5 °C až 35 °C. Chránite pred slnečným svetlom. Uchovávajte v suchu.

**Upozornenie:** Na použitie len kvalifikovaným od-borovým personálom do 15 minút od otvorenia. Otvárať len nepoškodené, uvažtevateľne barierové vrecká. Na jednorazové použitie. Nevhodné na konštrukciu dlah s akrylovým plastom. Závažné incidenty súvisiace s používaním výrobku sa musia okamžite nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu!

**Bezpečnostné upozornenie:** Za použitie je zodpovedný zubný lekár. V prípade trhlin/praskaliń/tvorby bublinkov v materiale sa dlaha nesmie používať, hrozí riziko prehľutania alebo vdýchnutia. Pri používaní UNIQ s 3D vytlačenými modelmi sa musí použiť neperforovaná ochranná fólia (ISOFOLAN®) alebo alternatívne UNIQ+. Po procese hibokého tiahania ochranná fólia odstrániť. Výrobky sa nemusí dať do kontaktu s alkoholickými/organickými rozpúšťadlami.

## TR Kullanım talimatı

**Kullanım amacı:** Diş ve ortodontik tedavi için aparat ve plak üretim için basınçlı kalıplama foloları.

**Endikasyon:** Sadece Aligner plaklarının (yamuk dişlerin ve çenelerin düzeltilmesi için) ve retansiyon plaklarının üretimi için uygundır. Kullanım bilgileri [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download) adresindedir.

**Kontrendikasyon:** Hassas kişilerde UNIQ/UNIQ+ (kopoliester) bileşenlerine karşı alerjik reaksiyonlar gelişebilir.

Kullanım alanı dışında kullanım için endike edilir.

**Saklama:** 5 °C ile 35 °C'de saklayın. Güne ışığından koruyun. Kuru ortamda muhafaza edin.

**Uyarı:** Açıldıktan sonra, 15 dakika içerisinde kalıplama uzman personel tarafından kullanılmalıdır. Sadece hasarsız ve mühürlü barier torbalarını açın. Tek kullanımlık. Akrilik plastik ile plak yapımı için uygun değildir. Ürinün kullanımıyla ilgili meydana gelen ciddi olaylar derhal üreticive ve ilgili kuruma bildirilmelidir!

**Güvenlik bilgisi:** Kullanım uygulayıcının sorumluluğundadır. Malzeme çatlamış/kırılmış/kabarmışsa, yutma veya aspirasyon riski varsa plak kullanılmamalıdır. UNIQ'ı 3D baskılı modellerle kullanırken, deliksiz bir koruyucu film (ISOFOLAN®) veya alternatif olarak UNIQ+ kullanılmalıdır. Basınçlı kalıplama üsleminden sonra koruyucu foliyoyu çıkarın. Üründeri alkollü/organik çözelti madde ile temas ettermeyin.

## SE Bruksanvisning

**Användningsområde:** Djupdragningsfilm för tillverkning av utrustning och skenor för tandvårdsbehandling och käkortopedi behandling.

**Indikation:** Lämpar sig endast för tillverkning av skenor (för korrigering av tändernas och käkens position) och retentionsskenor. Bruksanvisning finns på [www.scheu-dental.com/en/download](http://www.scheu-dental.com/en/download).

**Kontraindikation:** Allergiska reaktioner mot komponenter i UNIQ/UNIQ+ (sampolyester) kan inte utesättas hos sensibilisera personer.

Andra användningar utanför användningsområdet är inte indicerade.

**Lagring:** Lagras vid 5 °C–35 °C. Skyddas mot solljus. Förvaras tort.

**Observera:** Får endast användas av kvalificerad personal inom 15 minuter efter att förpackningen har öppnats. Öppna endast intakta, förslutna barriärpåsar. För engångsbruk. Lämpar sig inte för tillverkning av skenor med akrylplast. Allvarliga tillbuds i samband med användning av produkten ska ombedelbart rapporteras till tillverkaren och till behörig myndighet!

**Säkerhetsinformation:** Den behandlande personen ansvarar för användningen. Skenan får inte användas om det finns sprickor/brott/bubblor i materialet, risk för sväljning eller aspiration. Vid användning av UNIQ med 3D-utskrivna modeller ska en opererad skyddsfilm (ISOFOLAN®) eller alternativt UNIQ+ användas. Ta bort skyddsfilmen efter dyrdragning. Produkterna får inte komma i kontakt med alkoholhaltiga/organiska lösningsmedel.